



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο, 24.09.2014

Αρ. πρωτ. 10135

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια **μιας ενδοσκοπικής κάμερας υψηλής ευκρίνειας (high definition) χρωμοενδοσκόπησης** για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Διερεύνηση ασθενών με κακοήθεις ουρολογικές παθήσεις» και κα 2500.

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια ενδοσκοπικής κάμερας high definition χρωμοενδοσκόπησης, σύγχρονης τεχνολογίας, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- Να είναι υψηλής ευκρίνειας (full high definition) και να διαθέτει 3CCDs για βέλτιστη ευκρίνεια και απόδοση χρωμάτων
- Η ανάλυση των CCDs να είναι 1920x1080 Pixels progressive scanning (1080p)
- Η αναλογία των CCDs να είναι 16:9 για να προσφέρει full high definition ποιότητα σε όλη την διαδρομή του σήματος, από τη κεφαλή της κάμερας έως την οθόνη.
- Να πραγματοποιεί χρωμοδιάγνωση και να συνεργάζεται με τον υπάρχοντα εξοπλισμό (επεξεργαστή) υποστηρίζοντας χρωμοενδοσκόπηση σε επίπεδα CROMA,CLARA.

- Να διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα κομβία και ένα κεντρικό επιλογής/μενού.
- Να διαθέτει δακτυλίου ρύθμισης μεγέθυνσης και εστίασης.
- Να δύναται να συνδεθεί με όλα τα ενδοσκόπια της κλινικής.

II. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.950,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 18.388,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

III. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Ιατρικής εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του παραρτήματος Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν και να δηλώσουν την συμμόρφωση τους με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές προσκομίζοντας prospectus, βεβαιώσεις, εγκρίσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο βεβαιώνει την κάλυψη τους σε αυτές.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά μέχρι και την Τετάρτη 01/10/2014 και ώρα 14:30 στα κάτωθι στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βούτες, Κτίριο Διοίκησης,
70013 Ηράκλειο Κρήτης
Υπόψη κ. Παπαδάκη Ζαχαρένια
φax: (+30) 2810 393130

με την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 10135/24.09.2014

Πληροφορίες:

1. Για διαδικαστικά θέματα κ. Παπαδάκη Ζαχαρένια, Τηλ. (+30) 2810 393171 & 393156, φαξ: (+30) 2810 393130, E-mail: renia.papadaki@elke.uoc.gr, γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
2. Για τις προδιαγραφές : κ Μαμουλάκης Χαράλαμπος, Τηλέφωνο: 2810-392340

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Καρδάσης Βασίλειος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Να είναι υψηλής ευκρίνειας (full high definition) και να διαθέτει 3CCDs για βέλτιστη ευκρίνεια και απόδοση χρωμάτων		
2	Η ανάλυση των CCDs να είναι 1920x1080 Pixels progressive scanning (1080p)		
3	Η αναλογία των CCDs να είναι 16:9 για να προσφέρει full high definition ποιότητα σε όλη την διαδρομή του σήματος, από τη κεφαλή της κάμερας έως την οθόνη.		
4	Να πραγματοποιεί χρωμοδιάγνωση και να συνεργάζεται με τον υπάρχοντα εξοπλισμό (επεξεργαστή) υποστηρίζοντας χρωμοενδοσκόπηση σε επίπεδα CROMA,CLARA.		
5	Να διαθέτει 2 προγραμματιζόμενα κομβία και ένα κεντρικό επιλογής/μενού.		
6	Να διαθέτει δακτυλίους ρύθμισης μεγέθυνσης και εστίασης.		
7	Να δύναται να συνδεθεί με όλα τα ενδοσκόπια της κλινικής.		