



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 17/6/2016

Αρ. Πρωτ: 7710

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Το Τμήμα Προμηθειών πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην **αντικατάσταση λυχνίας παραγωγής ακτινών-Χ του περιθλασίμετρου υψηλής διακριτικής ικανότητας του Τμήματος Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης**, προϋπολογισμένης δαπάνης **6.324,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τον **ΚΑΕ 9332.024.02** (έργο **2014ΣΕ54600068** «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Επιστημονικού Εξοπλισμού» - παλαιός κωδικός **2005ΣΕ04600049**) από το ταμειακό υπόλοιπο του συγκεκριμένου έργου (Εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΣ με ΑΔΑΜ 16REQ004610260 2016-06-17, Απόφαση ανάληψης δαπάνης αρ.386, αρ.πρωτ: 7671/17-6-2016, ΑΔΑ: 6ΨΒΡ469Β7Γ-ΧΘΨ).

- Η προμήθεια θα ανατεθεί στο σύνολο της σε ένα ανάδοχο
- Τον ανάδοχο θα βαρύνουν : Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, και κράτηση 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και κάθε νόμιμη κράτηση.
- Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
- Ο χρόνος παράδοσης θα είναι **30 ημέρες** και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμεύονται τουλάχιστον για το χρόνο αυτό στην προσφορά τους.

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (κ. Μ. Μανιδάκη).

**Τεχνικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλ. 2810-394131 (κ. Κ. Τσαγκαράκη).**

**Τεχνικές προδιαγραφές:**

Η λυχνία πρέπει να είναι τύπου **SIEMENS KFN-Cu-2K** ή πλήρως ισοδύναμη με αυτή και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Metal-Ceramic X-Ray sealed tube for diffractometry
- Normal focus (line focus: 0,1mmx10mm – point focus: 1mmx1mm)
- Anode material: Cu
- Number of Be X-ray windows: 2
- Short cooler
- Max. tube voltage: 60KV DC
- Max. filament current: 3.8A
- Max. filament voltage: 11V

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016** και ώρα **14:00μ.μ** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ