



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ²⁶
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης Ι
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Πληρ. Π. Σαλεμή
Τηλ: 2810 393137
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 03/03/2017

Αρ. Πρωτ. 2758

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια ενός δοχείου αποθήκευσης και ενός δοχείου μεταφοράς Υγρού Αζώτου, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα για την φύλαξη και ασφάλεια σε βαθιά κατάψυξη βιολογικού υλικού για μεγάλο χρονικό διάστημα., συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ9332.024.01(έργο 2014ΣΕ54600068«Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Επιστημονικού Εξοπλισμού» - παλαιός κωδικός 2005ΣΕ04600049).

Αριθ. ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 17REQ005865754. Απόφαση έγκρισης πίστωσης με αριθ. πρωτ. 1719/14-02-2017 με ΑΔΑ ΨΤΦ6469Β7Γ-ΩΘΔ. CPV 24111700-2 & Κωδικός NUTS EL431

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ειδών.

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει:

- ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/0216 αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

17PROC005889427 2017-03-08

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β. **Φορολογική ενημερότητα**
- γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και σε χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο που θα υποδειχθούν από τους υπευθύνους .

Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γεώργιο Χαμηλό, Αναπληρωτή Καθηγητή , στο τηλέφωνο 2810394560 και στο email: hamilosgeorge@yahoo.gr

Για γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών με το Τμήμα Προμηθειών του Π.Κ στις Βούτες Ηρακλείου στο τηλ. 2810-393137 και e-mail salemi@admin.uoc.gr

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017** και ώρα **13:30** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης Ι, 1^{ος} όροφος, γραφ. 109). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 13:40

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας

Είδος	Δοχείο για φύλαξη κρυοσωληναρίων σε υγρό άζωτο
Περιγραφή	Δοχείο για φύλαξη κρυοσωληναρίων σε υγρό άζωτο χωρητικότητας 70 περίπου λίτρων
Ποσότητα	1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Γενική περιγραφή Δοχείο για φύλαξη κρυοσωληναρίων σε υγρό άζωτο χωρητικότητας 70 περίπου λίτρων Τεχνικά χαρακτηριστικά 1. Να πρόκειται για δοχείο συντήρησης κρυοσωληναρίων σε κουτιά σε υγρό άζωτο 2. Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 2000 κρυοσωληναρίων των 2ml 3. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70lt υγρού αζώτου 4. Ο χρόνος στατικής συντήρησης (staticholdingtime) να είναι τουλάχιστον 80 ημέρες 5. Η διάμετρος του ανοίγματος του δοχείου να είναι τουλάχιστον 20cm 6. Να περιλαμβάνει κατάλληλα rack από ανοξείδωτο ατσάλι για την τοποθέτηση τουλάχιστον 20 κουτιών των 100 θέσεων 7. Οι διαστάσεις του δοχείου να είναι λιγότερο από 30 X 30 X 80cm και το βάρος του λιγότερο από 50 κιλά 8. Να προσφέρεται με βάση με ρόδες 9. Να διαθέτει πιστοποίηση CEMark και ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO9001 10. Να παρέχεται και βάση με ροδάκια (cart). Γενικές απαιτήσεις: 11. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. 12. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής 13. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε έτη	

Είδος	Δοχείο αποθήκευσης , μεταφοράς και απόσυρσης υγρού αζώτου
Περιγραφή	Δοχείο αποθήκευσης , μεταφοράς και απόσυρσης υγρού αζώτου, 10L
Ποσότητα	1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Γενική περιγραφή Δοχείο αποθήκευσης , μεταφοράς και απόσυρσης υγρού αζώτου, 10L. Τεχνικά χαρακτηριστικά 1. Να πρόκειται για δοχείο μεταφοράς υγρού αζώτου χωρητικότητας τουλάχιστον 10L 2. Να είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο 3. Να περιλαμβάνει χερούλι για τη διευκόλυνση της χειροκίνητης μετάγγισης του υγρού αζώτου 4. Ο χρόνος στατικής συντήρησης (staticholdingtime) να είναι τουλάχιστον 50 ημέρες 5. Η διάμετρος του ανοίγματος του δοχείου να είναι τουλάχιστον 5cm 6. Οι διαστάσεις του δοχείου να είναι λιγότερο από 20 X 20 X 70cm και το βάρος του λιγότερο από 12 κιλά 7. Να υπάρχουν διαθέσιμα αξεσουάρ όπως τροχήλατο μετακίνησης, διάταξη για μη χειροκίνητη μετάγγιση του υγρού αζώτου και ειδική κουτάλα (dipper) Γενικές απαιτήσεις: 1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής 3. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε έτη	