



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ: 2810 393143-Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 13 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτ: 5481

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην για την προμήθεια επωαστικού κλιβάνου CO₂ για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος **οικον. έτους 2018 ΣΑΕ 546** στην οποία εντάχθηκε το έργο **2014ΣΕ54600068 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» (Υποέργο 1: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού Πανεπιστημίου Κρήτης»)**, εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΣ 19REQ004891090 2019-05-06.

- Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, **βάσει της τιμής**.
- Η προμήθεια αποτελείται από 1 τμήμα και θα ανατεθεί στο σύνολο της σε έναν ανάδοχο.

Χρόνος παράδοσης: 40 ημέρες

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή **εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412** (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου).
- Φορολογική ενημερότητα**
- Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393143 (κ. Μ. Μανιδάκη).

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 6971546659 κ. Γ. Χαμηλός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ CO₂

1. Να πρόκειται για επωαστικό κλίβανο CO₂ χωρητικότητας τουλάχιστον 184 λίτρων.
2. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ψυχρώσεξελασμένο ατσάλι.
3. Να διαθέτει γυάλινη εσωτερική πόρτα.
4. Ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας να είναι τοποθετημένος εξωτερικά ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.
5. Να λειτουργεί με απευθείας θέρμανση (όχι με υδροχιτώνιο).

6. Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει ψηφιακή οθόνη όπου εμφανίζονται οι ενδείξεις της θερμοκρασίας του CO₂, της θερμοκρασίας καθώς και η κατάσταση καθαρότητας του αέρα του θαλάμου.
7. Το εύρος ρύθμισης του CO₂ να είναι τουλάχιστον 0 - 20% με βήματα του 0.1%.
8. Το εύρος της θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον +5°C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους +50°C, με ομοιομορφία θερμοκρασίας τουλάχιστον $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ στους 37°C.
9. Ο έλεγχος του CO₂ να γίνεται από αισθητήρα θερμοικής αγωγιμότητας εντός του θαλάμου.
10. Να διαθέτει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς που θα ενημερώνουν τον χρήστη για τυχόν προβλήματα, τουλάχιστον για τις αποκλίσεις θερμοκρασίας και επιπέδου CO₂ εκτός των ορίων. Να διαθέτει κουμπί για παύση του συναγερμών.
11. Να διαθέτει επαφές για σύνδεση εξωτερικού συναγερμού.
12. Ο κλίβανος να συνοδεύεται από τουλάχιστον 4 ράφια και να έχει δυνατότητα τοποθέτησης συνολικά τουλάχιστον 17 ραφιών.
13. Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA για 100% φιλτραρισμένο αέρα. Όλος ο αέρας του θαλάμου να φιλτράρεται από φίλτρο HEPA κάθε 60 sec.
14. Να υπάρχει μικροβιολογικό φίλτρο στην εισαγωγή του αερίου.
15. Να υπάρχει διαθέσιμο σύστημα 8 πορτών για μελλοντική διαμερισματοποίηση του θαλάμου.
16. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι μέγιστο 70x100x70cm (Π X Υ X Β).
17. Να διαθέτει πιστοποίηση CE και τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO9001.
18. Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για το διαγωνισμό

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Παρασκευή 24 Μαΐου 2019** και ώρα **14:00μ.μ** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

**Ο Αντιπρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Παναγιώτης Τσακαλίδης