



ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

70013 Ηράκλειο

Τηλ: 2810 393137-Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 06/11/2019

Αρ. Πρωτ: 14363

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων ντουλαπών ασφαλείας με σκοπό τη φύλαξη χημικών στο Τμήμα Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 9.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος βάσει της ΣΑΕ 546 στην οποία εντάχθηκε το έργο 2014ΣΕ54600012 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» (Υποέργο 3: «Διαμορφώσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων»).

Απόφαση έγκρισης δαπάνης με αρθ. πρωτ. 11705/20-09-2019, ΑΔΑ ΩΦΩΒ469Β7Γ-ΝΕΣ.
Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005603005.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

- Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
- Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προμήθεια δύο (2) ντουλαπών, μίας δίφυλλης και μίας μονόφυλλης με διαστάσεις:

Διαστάσεις μονόφυλλης: ύψος από 1,9 μέτρα έως 2 μέτρα, πλάτος και βάθος από 60 πόντους έως 70 πόντους.

Διαστάσεις δίφυλλης: ύψος από 1,9 μέτρα έως 2 μέτρα, πλάτος από 1,2 μέτρα έως 1,3 μέτρα, και βάθος από 60 πόντους έως 70 πόντους.

Ντουλάπες-ερμάκια με τα αντίστοιχα απαγωγικά τους συστήματα οι οποίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες και να έχουν τις πιο κάτω προδιαγραφές, κατ' ελάχιστον:

- Να ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων υγρών όπως τα EN 14470-1, EN 14727, κ.ά.
- Να είναι κατασκευασμένες από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο σε υψηλή θερμοκρασία με εποξική πούδρα, ανθεκτικές σε οξέα και βάσεις και πιστοποιημένα από σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπως UNI EN ISO 9001: 2008.
- Οι έλεγχοι πυρασφάλειας να έχουν γίνει σε διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες όπως EN 1363-1: 1999, UNI EN 1363-1:2001, κ.ά.
- Οι μονώσεις να είναι πυρίμαχες και απόλυτα οικολογικές.
- Να έχουν αυτόματο σύστημα κλεισίματος ασφαλείας σε θερμοκρασία >50 °C, το σύστημα να μην είναι ηλεκτρικό και οι βαλβίδες ασφαλείας να είναι πιστοποιημένες.
- Να διαθέτουν ράφια κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με το σκελετό, λεκανοειδούς σχήματος για να συλλέγουν τα τυχόν θραύσματα ή απώλεια υγρών και να έχει μία λεκάνη βάσης.
- Να διαθέτουν λαβή ασφαλείας με κλειδαριά.
- Να έχουν πιστοποιημένη παλετοποιημένη βάση.

- Να διαθέτουν συσκευή απαγωγής, θερμικά προστατευμένη, κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό, ώστε να προσδίδει το υψηλότερο επίπεδο αυτο-απόσβεσης καθώς και φίλτρο ενεργού άνθρακος, κατάλληλο για όξινες ουσίες εύκολα αντικαταστάσιμο.
- Να έχουν αυτοκόλλητες ενδεικτικές πινακίδες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εύφλεκτα, διαβρωτικά, επικίνδυνα και τοξικά προϊόντα.

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα επιλεγούν να τους ανατεθεί η παραπάνω προμήθεια είναι υποχρεωμένοι μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσουν προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412 (εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393137 (Π. Σαλεμή).

Για τεχνικές πληροφορίες: στους κ.κ. Ελευθέριο Ηλιόπουλο τηλ. 2810 394113 - e mail iliopoul@physics.uoc.gr & Ηλία Απεραθίτη τηλ. 2810 394123 - e mail eaper@physics.uoc.gr

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την **Δευτέρα 18/11/2019** και ώρα **13:30** στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/σης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (Κτήριο Διοίκησης Ι).

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης